Kompatibilita senzorů pulsní oxymetrie s jednotlivými přístroji

Označení	Délka kabelu (metry)	Použití tloušťka prstu, hmotnost	Balení (kusy)	WristOx2 3150	PalmSat 2500/2500A	8500	7500	7500FO	Avant 9600	Avant 2120	9843 / 9847	LifeSense	X-100 SenSmart
Senzory pevné na opakované použití													
8000AA	1	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000AA-WO2	0,3	≥ 30 kg	1	ano									
8000AA-2	2	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000AA-3	3	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000AP	1	8 - 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000Q2	1	≥ 40 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000R	1	≥ 30 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
Senzory měkké na opakované použití													
8000SS	1	7,5 - 12,5 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000SS-3	3	7,5 - 12,5 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000SS-WO2	0,3	7,5 - 12,5 mm	1	ano									
8000SM	1	10 - 19 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000SM-3	3	10 - 19 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000-SM-WO2	0,3	10 - 19 mm	1	ano									
8000SL	1	12,5 - 25,5 mm	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000SL-WO2	0,3	12,5 - 25,5 mm	1	ano									
8100SS	1	7,5 - 12,5 mm	1										ano
8100SM	1	10 - 19 mm	1										ano
8100SL	1	12,5 - 25,5 mm	1										ano
Senzory flexibilní na opakované použití													
8000J	1	≥ 22 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8000J-WO2	0,3	≥ 30 kg	1	ano									
8008J	1	4 - 22 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
8001J	1	≤ 4 kg	1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
Senzory optické do magnetické rozonance													
8000FC-20	6	dospělí	1					ano					
8000FC-30	9	dospělí	1					ano					
8000FI-20	6	děti	1					ano					
8000FI-30	9	děti	1					ano					
Prodlužovací kabely													
UNI-EXT-1	1		1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	
UNI-EXT-3	3		1		ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	